



防爆合格证

证号: GYB17.1955X

由 沈阳振科仪表有限公司
(地址: 沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

制造的产品:

名称 带显示型振动温度变送器

型号规格 VT9212**a b-c-d 3 e-f g-h-i**

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/SZK.08-2017

图样编号 9212TL-00

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期: 2017年11月17日至2022年11月16日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商; 产品使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 型号规格说明: **a**代表通讯协议, 可为H或T; **b**代表参数现场显示, 可为L或S; **c**代表测量范围; **d**代表安装螺栓, 可为0~9或X; **e**代表接线方式, 可为0~2; **f**代表高通滤波器; **g**代表低通滤波器; **h**代表探杆长度, 可为0~500; **i**代表壳体材质壳体材质, 可为空白或1。
 4. 产品外壳防护等级IP66。

站长



国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一七年十一月十七日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580