

辐照证明书

项目名称: 钴 60- γ 射线辐照试验

委托方: 沈阳振科仪表有限公司

受托方: 大连中核辐射技术有限公司

地址: 大连市普兰店经济开发区兴民街 11 号





大连中核辐射技术有限公司
Dalian Zhonghe Radiation Technology Co., Ltd.

大连中核辐射技术有限公司简介

大连中核辐射技术有限公司坐落于东北亚港口和航运中心——大连市，是一家从事辐射加工技术研发、产业一体化的高科技企业。

公司隶属于中国核工业集团公司，前身为核工业大连应用技术研究所以辐照中心，拥有近 30 年的辐射加工运营经验。

公司秉承“顾客至上，质量第一，安全环保，科技创新”的宗旨，以专业的技术和一流的服务竭诚为广大用户服务。






BFT-IV型钴源辐照装置

大连中核辐射技术有限公司建有国际先进的 BFT-IV型钴 $60-\gamma$ 辐照装置，装置由北京核二院比尼新技术有限公司设计建造，设计装源量 200 万居里。

BFT-IV 型辐照装置采用了地辊式产品自动输送系统和信息化运行控制系统，运用辐照箱升降换层机构，实现了：辐照过程中产品自动换层换面、一次性出货，从而摒除了人工操作中的失误因素，保障了辐照质量。辐照装置的运行与产品的吸收剂量均具有可溯源性。


装置全貌





大连中核辐射技术有限公司
Dalian Zhonghe Radiation Technology Co., Ltd.

辐照室





辐照证明书

辐照日期	2019.1.3			
剂量计名称	重铬酸银剂量计	剂量计编号	D20181128	
辐照产品型号	辐照剂量	辐照剂量率	辽宁省计量科学研究院 校准证书编号	
			辐照前	辐照后
振动变送器 HVT177230	965Gy	100Gy/h	19030600168	19030600368
振动变送器 HVT9285	965 Gy	100Gy/h	19030600167	19030600366
加速度传感器 AS9200B	965 Gy	100Gy/h	19030600164	19030600364
双通道振动控制器 VibraTrol2168H	450 Gy	100Gy/h	19030600165	19030600370
四通道振动信号调节器 VibraTrol2168H	450 Gy	100Gy/h	19030600166	19030600369
说明	<p>大连中核辐射技术有限公司特此证明上述产品已经过本公司的钴 60-γ 射线辐照，产品吸收剂量如上。</p> <p style="text-align: right;">公章：</p> <p style="text-align: right;">日期：2019.1.5</p>			



19030600369

东北国家计量测试中心

National Northeast Metrology and Testing Center

辽宁省计量科学研究院

Liaoning Institute of Measurement

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：辽计19030600369 号
Certificate No.客户名称 沈阳振科仪表有限公司
Customer客户地址 沈阳市铁西区云峰北街23-2号17门
Address器具名称 四通道振动信号调节器
Name of Instrument制造单位 沈阳振科仪表有限公司
Manufacturer型号/规格 Vibra Trol 2188H
Model/Type编号 1812011
No. of Instrument校准日期 2019 年 01 月 09 日
Date of Calibration Year Month Day

授权批准人：

Approved by

核验员：

Inspected by

校准员：

Calibrated by

徐宇元

王冬冬

魏伟力



本院地址：中国·沈阳市和平区文化路3巷9号

联系电话：024-23921037

Add: No.9, Lane 3, Wenhua Road, Heping District, Shenyang, China

Tel: 0086-24-23921037

传真电话：024-23892870 邮政编码：110004

电子邮件：yw@lnjl.com.cn

Fax: 0086-24-23892870 Post Code: 110004

Email: yw@lnjl.com.cn

流水号/ID: E1901100106_004



19030600166

东北国家计量测试中心

National Northeast Metrology and Testing Center

辽宁省计量科学研究所

Liaoning Institute of Measurement

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：辽计19030600166 号
Certificate No.

客户名称 沈阳振科仪表有限公司
Customer

客户地址 沈阳市铁西区云峰北街23-2号17门
Address

器具名称 四通道振动信号调节器
Name of Instrument

制造单位 沈阳振科仪表有限公司
Manufacturer

型号/规格 Vibra Trol 2188H
Model/Type

编号 1812011
No. of Instrument

校准日期 2018 年 12 月 25 日
Date of Calibration Year Month Day

授权批准人：

Approved by

核验员：

Inspected by

校准员：

Calibrated by

徐宝元
高小冬
魏伟力



本院地址：中国·沈阳市和平区文化路3巷9号

联系电话：024-23921037

Add: No.9, Lane 3, Wenhua Road, Heping District, Shenyang, China

Tel: 0086-24-23921037

传真电话：024-23892870

邮政编码：110004

电子邮件：yw@lnjl.com.cn

Fax: 0086-24-23892870

Post Code: 110004

Email: yw@lnjl.com.cn

流水号/ID: E1812260077_003